

促黄体生成激素（LH）质控血清（免疫测定用）

- 1、促黄体生成激素（LH）质控血清（免疫测定用）（批号：1809-0108）是以 LH 纯品为原料加入至新鲜正常人混合血清制备而成。
- 2、本套质控血清为冻干品，3 支/套，0.5ml/支。
- 3、使用时应用 0.5ml 去离子水将内容物完全溶解，充分混合后使用。
- 4、质控血清 I 理论值为 6mIU/ml；质控血清 II 理论值为 20mIU/ml；质控血清 III 理论值为 60mIU/ml。由于免疫分析体系不同，各公司测定结果存在一定差异，数据仅供参考。
- 5、本套质控血清长期保存应在 -20°C 及以下；复融后尽可能一次性用完，如确需多次使用，请分装后 -20°C 及以下保存，避免反复冻融。
- 6、本套质控血清不具备溯源性，不能用于定值，可用于 LH 精密度分析或其他免疫分析。

【有效期】国家药品标准物质不设具体有效期，按照规定条件保存的标准物质，在中国食品药品检定研究院发布停用通知前有效。

声明：



中国食品药品检定研究院

National Institutes for Food and Drug Control

地址：北京市大兴区华佗路 31 号 电话：01053852448 网址：www.nifdc.org.cn

1. 请按本品说明书规定使用，若作他用，用户须自行证明适用性；
2. 因用户使用或储存不当所引起的损害或投诉，用户自行承担相关责任；
3. 用户收到本品后应立即核对品种、数量、包装等，若出现质量、数量等不符，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。



中国食品药品检定研究院

National Institutes for Food and Drug Control

地址：北京市大兴区华佗路 31 号 电话：01053852448 网址：www.nifdc.org.cn